

QUANTOFIX® Aktivsauerstoff

de

Beschreibung:

QUANTOFIX® Aktivsauerstoff (KMPS) sind Teststäbchen zum halbquantitativen Nachweis des Dreifachsalzes Kaliummonopersulfat ($2 \times \text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$) in wässrigen Lösungen. KMPS ist ein stabiles, leicht zu handhabendes und wasserlösliches Pulver. Es wird als umweltfreundliches chlorfreies Desinfektionsmittel im Schwimmbad- und Spabereich eingesetzt. Darüber hinaus findet es breite Anwendung im industriellen sowie Konsumentenbereich als Oxidations-, Bleich- und Reinigungsmittel.

Inhalt:

1 Aluminiumdose mit 100 Teststreifen

Messbereich:

4 – 25 mg/L Aktivsauerstoff (KMPS)

Farbabstufungen:

0 · 4 · 8 · 15 · 25 mg/L Aktivsauerstoff (KMPS)

Gefahrenhinweise:

Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffe.

Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststreifen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfelder nicht berühren.

Gebrauchsanweisung:

1. Teststreifen 10 s in der Prüflösung schwenken.
2. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3. 10 s warten.
4. Das Testfeld sofort mit der Farbskala vergleichen und den Wert ablesen, der der Verfärbung des Testfeldes am nächsten kommt (Ablesegenauigkeit: $\pm 1/2$ Farbfeld).

Die Reaktionsfarbe des Testfeldes kann sich nach der Ablesung noch ändern. Es ist deshalb wichtig, die Bewertung zum angegebenen Zeitpunkt vorzunehmen, um korrekte Ergebnisse zu ermitteln. Verfärbungen nach der Reaktionszeit (10 Sekunden) dürfen nicht mehr berücksichtigt werden.

Störungen:

Die Bestimmung wird durch andere starke Oxidationsmittel gestört. Durch das Überschreiten folgender Konzentrationen treten falsch positive Ergebnisse auf:

1000 mg/L: Wasserstoffperoxid (H_2O_2)

1,0 mg/L: Brom (Br_2)

0,5 mg/L: Hypochlorit (OCl^-); Peressigsäure (CH_3COOOH)

0,3 mg/L: Chlor (Cl_2)

Im pH-Bereich von 3 – 9 ist die Reaktion unabhängig vom pH-Wert der zu prüfenden Lösung.

Entsorgung:

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herunterladen.

Hinweise:





Der Stopfen der Teststreifendose enthält ein ungiftiges Trockenmittel.

Sollte es einmal verschluckt werden, reichlich Wasser nachtrinken.

Lagerbedingungen:

Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur 4 – 30 °C).

Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststreifen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.



REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention ! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	📅	Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
🌡️	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury	☔	Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
📖	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	🔒	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Active oxygen

en

Description:
QUANTOFIX® Active oxygen are test strips for the semi-quantitative determination of the potassium monopersulfate triple salt ($2 \times \text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$) (MPS) in aqueous solutions. Potassium monopersulfate is a stable, easy to use and water-soluble powder. It is used in swimming pools and spas as a chlorine-free, environment-friendly disinfectant as well as oxidant, detergent and bleaching agent for a wide range of industrial and consumer applications.

Pack content:
1 aluminum container with 100 test strips

Measuring range:
4–25 mg/L Active oxygen (MPS)

Color gradation:
0 · 4 · 8 · 15 · 25 mg/L Active oxygen (MPS)

Hazard warnings:
This test does not contain hazardous substances that must be labelled.

General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test field.





Instructions for use:
1. Immerse and agitate the test strip in the test solution for 10 seconds.
2. Shake off excess liquid.
3. Wait 10 seconds.
4. Compare the test field immediately with the color scale. Take the value which matches closest with the colored test field (reading accuracy: $\pm \frac{1}{2}$ colored field of the scale).
The reaction color of the test field may change after the value has been taken. It is therefore crucial to evaluate the coloration within the prescribed time scale in order to achieve a correct result. Ignore color changes that occur after the reaction time (10 seconds).

Interferences:
The presence of strong oxidants interferes with the determination. The following oxidants lead to false positive results when the concentrations below are exceeded:
1000 mg/L: hydrogen peroxide (H_2O_2)
1.0 mg/L: bromine (Br_2)
0.5 mg/L: hypochlorite (OCl^-); peracetic acid (CH_3COOOH)
0.3 mg/L: chlorine (Cl_2)
If the sample solution has a pH value of 3–9, the reaction will take place without interferences.

Disposal:
Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.

Note:
The test strip container stopper contains a non-toxic drying agent. If swallowed, drink plenty of water.

Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature 4–30 °C).
If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.



REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention ! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	📅	Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
🌡️	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury	☔	Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerne asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
📖	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	🔒	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Oxygène actif

fr

Description :
Les languettes test QUANTOFIX® Oxygène actif sont destinées à la détermination semi-quantitative du sel triple monopersulfate de potassium ($2 \times \text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$) (MPS) dans les solutions aqueuses. Le monopersulfate de potassium est une poudre soluble, stable, facile à manier. Il est utilisé comme désinfectant écologique sans chlore pour aseptiser les piscines et les spas. Par ailleurs, il est largement utilisé dans l'industrie et par les consommateurs comme agent oxydant, détergent et de blanchiment.

Contenu :
1 boîte en aluminium avec 100 languettes test

Domaine de mesure :
4 – 25 mg/L de Oxygène actif (MPS)

Echelons :
0 · 4 · 8 · 15 · 25 mg/L de Oxygène actif (MPS)

Indication de danger :
Ce test est exempt de toute substance dangereuse nécessitant un étiquetage particulier.

Remarques générales :
Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Éviter de toucher la zone de test.


Mode d'emploi :
1. Agiter la languette test pendant 10 secondes dans la solution à analyser.
2. Éliminer l'excédent de liquide en secouant.
3. Attendre 10 secondes.
4. Comparer tout de suite la zone de test avec l'échelle colorimétrique et déterminer la teinte de laquelle la coloration de la zone de test se rapproche le plus (précision de lecture : $\pm$ 1/2 champ de couleur).
Il est ensuite possible que la zone de test change encore de couleur, d'où l'importance de respecter le temps de lecture indiqué pour obtenir des résultats corrects. Les colorations survenues après le temps de réaction (10 secondes) ne doivent plus être prises en compte.

Interférences :
La détermination est perturbée par d'autres oxydants puissants. Dans le cas des substances suivantes, le test fournit des résultats faussement positifs lorsque les concentrations indiquées sont dépassées :
1000 mg/L : peroxyde d'hydrogène (H_2O_2)
1,0 mg/L : brome (Br_2)
0,5 mg/L : hypochlorite (OCl^-) ; acide peracétique (CH_3COOOH)
0,3 mg/L : chlore (Cl_2)
Dans la gamme de pH de 3 à 9, la réaction ne dépend pas du pH de la solution à analyser.

Elimination :
Vous trouverez des informations concernant l'élimination des produits dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.

Nota bene :
Le bouchon de la boîte de languettes contient un agent dessiccateur non toxique. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau.

Conservation et stabilité :
Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage 4 – 30 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les languettes test se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.



REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention ! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerne asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiters / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Oxígeno activo

es

Descripción:
QUANTOFIX® Oxígeno activo es un test de tiras reactivas para la determinación semicuantitativa del compuesto de triple sal ($2 \times \text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$) (MPS) en solución acuosa. El monopersulfato de potasio es un polvo soluble en agua, estable y de uso fácil que se emplea en piscinas y spas como desinfectante ecológico y libre de cloro. También se emplea en numerosas aplicaciones industriales y domésticas como agente oxidante, decolorante y detergente.

Contenido :
1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas

Rango de medida:
4–25 mg/L Oxígeno activo (MPS)

Gradación:
0 · 4 · 8 · 15 · 25 mg/L Oxígeno activo (MPS)

Indicaciones de peligro:
Este test no contiene ninguna sustancia peligrosa que deba ser indicada en la etiqueta.

Indicaciones generales:
Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.

Instrucciones de uso:
1. Sumerja y mueva la tira reactiva por 10 segundos en la solución a analizar.
2. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
3. Espere 10 segundos.
4. Compare inmediatamente con la escala de colores. Para la lectura del valor, tome el color más parecido al de la almohadilla reactiva (exactitud de lectura: $\pm \frac{1}{2}$ gradación de la escala de referencia).


El color adquirido por las almohadillas reactivas todavía puede cambiar después de la lectura. Por lo tanto, es muy importante no dejar pasar más tiempo del indicado para leer el resultado si se quieren obtener valores correctos.

Interferencias:
Los oxidantes fuertes interfieren en la determinación. Los siguientes oxidantes producen resultados falsos positivos en concentraciones superiores a las indicadas:
1000 mg/L: peróxido de hidrógeno (H_2O_2)
1,0 mg/L: bromo (Br_2)
0,5 mg/L: hipoclorito (OCl^-); ácido peracético (CH_3COOOH)
0,3 mg/L: cloro (Cl_2)
Si la solución problema tiene un valor pH de 3–9, la reacción se producirá sin interferencias.

Eliminación:
Consulte la información sobre la eliminación en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en www.mn-net.com/SDS.

Nota:
El tapón del envase contiene un desecante no venenoso. En caso de ingestión, tomar abundante agua.

Almacenamiento:
Protéjanse las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco y seco, a una temperatura 4–30 °C.
Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.



REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention ! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	📅	Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
🌡️	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury	☔	Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenera asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
📖	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluit / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	🔒	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Actief zuurstof

nl

Beschrijving:

Bij QUANTOFIX® Actief zuurstof gaat het om teststrips voor de semi-kwantitatieve bepaling van het drievoudige zout van kaliummonopersulfaat triple salt ($2 \times \text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$) (KMPS) in waterige oplossingen. KMPS is een stabiel, gemakkelijk te hanteren en in water oplosbaar poeder. Het wordt toegepast als milieuvriendelijk chloorvrij desinfectiemiddel in zwembaden en spa's. Bovendien wordt het op grote schaal gebruikt in de industrie en voor huishoudelijke doeleinden als oxidatie-, bleek- en reinigingsmiddel.

Inhoud:

1 aluminium blikje met 100 teststrips

Meetbereik :

4 – 25 mg/L Actief zuurstof (KMPS)

Kleurgradaties :

0 · 4 · 8 · 15 · 25 mg/L Actief zuurstof (KMPS)

Waarschuwingen voor risico's:

Deze test bevat geen verplicht te labelen gevaarlijke stoffen.

Algemene richtlijnen:

Neem telkens slechts het benodigde aantal teststrips uit de verpakking. Het blikje daarna onmiddellijk weer goed afsluiten. Het testveld niet aanraken.

Gebruiksaanwijzing:

1. Teststrips 10 seconden door de testoplossing bewegen.
2. Schud de overtollige vloeistof eraf.
3. Wacht 10 seconden.
4. Daarna het testveld onmiddellijk met de kleurschaal vergelijken en de waarde aflezen die de verkleuring van het testveld het meest benadert (afleesnauwkeurigheid: $\pm 1/2$ kleurveld). De reactiekleur van het testveld kan na de aflezing nog veranderen. Daarom is beoordeling op het aangegeven tijdstip belangrijk om correcte resultaten te bepalen. Met verkleuringen na de reactietijd (10 seconden) maggeen rekening meer worden gehouden.

Storingen:

De bepaling wordt gestoord door andere oxidatiemiddelen. De volgende, hieronder genoemde, oxidatiemiddelen geven door het overschrijden van de aangegeven concentraties vals positieve resultaten:

1000 mg/L: waterstofperoxide (H_2O_2)

1,0 mg/L: broom (Br_2)

0,5 mg/L: hypochloriet (OCl^-); perazijnzuur (CH_3COOOH)

0,3 mg/L: chloor (Cl_2)

Binnen een pH-bereik van 3–9 is de reactie onafhankelijk van de pH-waarde van de te controleren oplossing.

Verwijdering:

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over de afvoer. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van www.mn-net.com/SDS.





Opmerkingen:

De stop van het blikje teststrips bevat een niet-giftig droogmiddel. Mocht het per ongeluk een keer worden ingeslikt, veel water drinken.

Opslagcondities:

Bescherm de teststrips tegen zonlicht en vochtigheid. Het blikje koel en droog bewaren (opslagtemperatuur 4–30 °C).

Mits bewaard onder de juiste omstandigheden zijn de teststrips tot aan de opgedrukte vervaldatum houdbaar.



REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention ! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	📅	Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
🌡️	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury	☔	Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
📖	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	🔒	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Ossigeno attivo

it

Descrizione:
QUANTOFIX® Ossigeno attivo sono strisce analitiche per la determinazione semi-quantitativa del triplo sale di monopersolfato di potassio ($2 \times \text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$) (MPSP) in soluzione acquosa. Il monopersolfato di potassio è una polvere stabile, facile da manipolare e solubile in acqua. Viene utilizzato nelle piscine e nelle SPA come disinfettante ecocompatibile senza cloro. Nel settore industriale e in ambito domestico trova inoltre largo impiego come agente ossidante, sbiancante e detergente.

Contenuto:
1 confezione in alluminio contenente 100 strisce analitiche

Range di misurazione:
4–25 mg/L Ossigeno attivo (MPSP)

Variazioni:
0 · 4 · 8 · 15 · 25 mg/L Ossigeno attivo (MPSP)

Indicazioni di pericolo:
Il presente test non contiene sostanze pericolose con obbligo di etichettatura.

Indicazioni generali:
Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita il settore di carta reattiva sulla striscia.

Istruzioni per l'uso:
1. Immergere la striscia analitica nella soluzione campione e muoverla avanti e indietro per 10 secondi.
2. Scuotere la striscia per eliminare il liquido in eccesso.
3. Attendere 10 secondi.
4. Determinare immediatamente sulla scala cromatica il colore più prossimo a quello assunto dalla zona reattiva e leggere il valore corrispondente (precisione di lettura: $\pm \frac{1}{2}$ campo cromatico).


Il colore di reazione della carta reattiva può cambiare ulteriormente dopo la lettura. Pertanto, per ottenere risultati corretti è importante eseguire la valutazione entro il tempo previsto. Variazioni di colore successive al tempo di reazione indicato (10 secondi) si devono ignorare.

Interferenze:
Le sostanze ossidanti forti interferiscono con la determinazione. Al di sopra delle concentrazioni indicate, le seguenti sostanze ossidanti causano falsi positivi:
1000 mg/L: perossido di idrogeno (H_2O_2),
1,0 mg/L: bromo (Br_2),
0,5 mg/L: ipoclorito (OCl^-); acido peracetico (CH_3COOOH),
0,3 mg/L: cloro (Cl_2).
In un range di pH da 3 a 9, la reazione non dipende dal pH della soluzione da analizzare.

Smaltimento:
Per informazioni sullo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito www.mn-net.com/SDS.

Avvertenze:
Il tappo della confezione contiene un disidratante innocuo per la salute. In caso di ingestione accidentale, bere acqua abbondante.

Magazzinaggio e conservabilità:
Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzino 4–30 °C).
In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.



REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Produktionummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention ! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	📅	Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
🌡️	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury	☔	Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerse asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
📖	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	🔒	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		