

Kompaktowy fotometr NANOCOLOR® PF-3



PROMOCJA
WAKACYJNA

-10%

NANOCOLOR® PF-3 Woda do picia

Woda przeznaczona do picia jest najważniejszym składnikiem naszej diety i nie da się jej niczym zastąpić. Jakość wody do picia ma olbrzymi wpływ na zdrowie ludzi. W związku z tym ciągła analiza wody stanowi podstawę stabilnego i wiarygodnego systemu zaopatrzenia w wodę do picia.

Fotometr PF-3 wraz z odczynnikami dedykowanymi dostawcom wody do picia gwarantuje użytkownikowi wiarygodność użytych procedur badawczych i otrzymanych wyników, dużą wydajność i prostotę obsługi.

Metody zaprogramowane w pamięci urządzenia pozwalają na szybką analizę parametrów procesu uzdatniania wody takich jak **chlor**, **dwutlenek chloru**, **pH**, **fluor** i **żelazo**.

NANOCOLOR® PF-3 Baseny

Baseny to bardzo ważne miejsce rekreacji i wypoczynku. Bezpieczeństwo użytkowania pływalni wymaga, aby woda basenowa miała wysoką jakość. Konieczne jest więc jej ciągłe monitorowanie i uzdatnianie.

Fotometr PF-3 Baseny zapewnia prostotę obsługi i łatwość wykonywania badań. Wodoodporna obudowa oraz optyka odporna na wstrząsy gwarantują prawidłowe wyniki nawet w trudnych warunkach terenowych.

Metody zaprogramowane w pamięci urządzenia pozwalają na wykonanie klasycznych, podstawowych dla wody basenowej, analiz takich jak **chlor**, **pH**, **kwasy cyjanurowe** i **zasadowość**. Możliwy jest także pomiar kilku dodatkowych parametrów.

Testy VISOCOLOR® ECO do fotometru PF-3 Woda do picia / Baseny

Test VISOCOLOR® ECO	Zgodność z ISO	Zakres pomiarowy	Numer testu	Liczba oznaczeń	Nr kat.
Brom www		0,10 - 13,00 mg/l Br ₂	5-11	200	931 211
Chlor 1 wolny i ogólny www		0,05 - 2,00 mg/l Cl ₂	5-35	150	931 235
Chlor 2 wolny i ogólny* www	ISO 7393-2:2019	0,05 - 2,00 mg/l Cl ₂	5-15	150	931 215
Chlor wolny 2* www	ISO 7393-2:2019	0,05 - 2,00 mg/l Cl ₂	5-16	150	931 216
Chlor 6 wolny i ogólny www	ISO 7393-2:2019	0,05 - 6,00 mg/l Cl ₂	5-17	200	931 217
Chlor 6 wolny www	ISO 7393-2:2019	0,05 - 6,00 mg/l Cl ₂	5-19	400	931 219
Dwutlenek chloru* www		0,10 - 3,80 mg/l ClO ₂	5-21	150	931 221
Fluorki* www		0,1 - 2,0 mg/l F ⁻	5-27	150	931 227
Krzemionka HR200* www		10 - 200 mg/l SiO ₂	5-34	100	931 234
Kwas cyjanurowy* www		10 - 100 mg/l Cya	5-23	100	931 223
pH 6.0-8.2 www		6,10 - 8,40	5-70	150	931 270
Zasadowość www		5 - 250 mg/l CaCO ₃	5-04	100	931 204
Żelazo 1* www		0,04 - 2,00 mg/l Fe	5-25	150	931 225
Żelazo 2 www		0,04 - 2,00 mg/l Fe	5-26	150	931 226

* Produkt zawiera substancje niebezpieczne, szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki

Testy VISOCOLOR® Powder Pillows dla fotometru PF-3 Woda do picia / Baseny

Test NANOCOLOR®	Zgodność z ISO	Zakres pomiarowy	Numer testu	Liczba oznaczeń	Nr kat.
Azotany www		1,0 - 50 mg/l NO ₃ -N 5 - 220 mg/l NO ₃ ⁻	7-26	100	936 226
Azotyny www		0,01 - 0,30 mg/l NO ₂ -N 0,03 - 1,00 mg/l NO ₂ ⁻	7-30	100	936 230
Chlor wolny www	ISO 7393-2:2019	0,03 - 6,00 mg/l Cl ₂	7-20	100 1000	936 220 936 220.1
Chlor ogólny / Ozon www	ISO 7393-2:2019	0,03 - 6,00 mg/l Cl ₂ 0,03 - 4,00 mg/l O ₃	7-21	100 1000	936 221 936 221.1
pH www		6,2 - 8,2	7-22	100	936 222
Siarczany www		15 - 200 mg/l SO ₄ ²⁻	7-23	100	936 223
Krzemionka LR www		0,02 - 2,10 mg/l SiO ₂ 0,01 - 1,00 mg/l Si	7-24	100	936 224
Krzemionka HR www		2 - 210 mg/l SiO ₂ 1 - 100 mg/l Si	7-25	100	936 225
Żelazo www		0,03 - 3,00 mg/l Fe	7-27	100	936 227

Testy NANOCOLOR® do fotometru PF-3 Woda do picia / Baseny

Test NANOCOLOR®	Zgodność z ISO	Zakres pomiarowy	Numer testu	Liczba oznaczeń	Nr kat.
Chlor / Ozon www		0,05 - 2,50 mg/l Cl ₂ 0,05 - 2,00 mg/l O ₃	0-17	20	985 017
pH 6.5-8.2 www		6,10 - 8,40	0-72	100	918 72

Dane do zamówienia

Opis	Nr kat.
Fotometr PF-3 Woda do picia, w walizce, baterie, instrukcja obsługi, certyfikat, akcesoria www	934 402
Zestaw walizkowy VISOCOLOR® ECO Woda do picia www fotometr PF-3 z odczytnikami chlor 2 wolny i ogólny, pH 6.0-8.2, żelazo 2, fluorki, dwutlenek chloru	934 124
Zestaw walizkowy VISOCOLOR® ECO Woda do picia www fotometr PF-3 z odczytnikami chlor 6 wolny i ogólny, pH 6.0-8.2, żelazo 2, fluorki, dwutlenek chloru	934 125
Fotometr PF-3 Baseny, w walizce, baterie, instrukcja obsługi, certyfikat, akcesoria www	934 102
Zestaw walizkowy VISOCOLOR® ECO Baseny www fotometr PF-3 z odczytnikami chlor 2 wolny i ogólny, pH 6.0-8.2, kwas cyjanurowy, zasadowość	934 118
Zestaw walizkowy VISOCOLOR® ECO Baseny www fotometr PF-3 z odczytnikami chlor 6 wolny i ogólny, pH 6.0-8.2, kwas cyjanurowy, zasadowość	934 119

Producent



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciennier Str. 11
52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0
info@mn-net.com



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9000008338

Sprzedaż i autoryzowany serwis na terenie Polski



AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10
03-194 Warszawa
tel. 22 676 90 28
kom. 690 340 717
NIP 524-24-45-688
KRS 0000140632
info@aqualab.pl
www.aqualab.pl